

เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ แบบขาเหล็ก

1.ความต้องการ

เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ได้ มีอุปกรณ์ประกอบและคุณลักษณะตามข้อกำหนดดังนี้

2.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม ในหน่วยเคลื่อนที่,ในสถานีนอนามัย เพื่อให้บริการเสริมกับยูนิตทำฟันและเก้าอี้สนาม

3.คุณสมบัติทั่วไป

- | | |
|---|-------------|
| 3.1 หัวกรอเร็ว (Airrotor) | จำนวน 2 หัว |
| 3.2 หัวกรอช้า (Airmotor) | จำนวน 1 ชุด |
| 3.3 Triple Syringe | จำนวน 1 หัว |
| 3.4 ระบบดูดน้ำลาย | จำนวน 1 หัว |
| 3.5 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ | |
| 3.6 ขาและฐานตั้งทำจากโลหะชุบป้องกันสนิม มีลูกล้อสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก | |
| 3.7 AIR COMPRESSORS เป็นแบบ OIL FREE ติดตั้งอยู่ภายนอก ถังลมสามารถเก็บลมได้ไม่น้อยกว่า 7-22 ลิตร และสามารถผลิตลมได้ 110 ลิตร / นาที มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3/4 ถึง 1.5 HP | |
| 3.8 มีภาชนะบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร สามารถถอดภาชนะออกเพื่อเติมน้ำและทำความสะอาดได้สะดวก | จำนวน 1 ชุด |
| 3.9 พุ่มสวิทช์เปิด-ปิดหัวกรอ | |

4. คุณสมบัติหัวกรอ

- 4.1 หัวกรอเร็ว Airrotor เป็นชนิด Ball Barring Handpiece มีความเร็วไม่น้อยกว่า 300,000 รอบ/นาที
- 4.2 หัวกรอช้าเป็นชนิด Air motor สามารถต่อ spray น้ำได้และปรับความเร็วน้ำโดยมีหัวต่อตรงชนิด straight และหักมุม contra angle อย่างละ 1 หัว
- 4.3 หัวกรอสามารถถอดฆ่าเชื้อโรคได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อในอุณหภูมิ 135 องศาโดยคุณภาพคงเดิม ยกเว้น Electrical Micromotor
- 4.4 ชุดที่วางหัวกรอเร็ว, หัวกรอช้า เป็นแบบอัตโนมัติ ยกขึ้นมาแล้วทำงานได้เลย ไม่ต้องใช้มือเปิด-ปิดสวิทช์
- 4.5 หัว Triple Syringe สามารถเป่าน้ำหรือลมและน้ำและลมพร้อมกัน ปลายทึบสามารถถอดออกฆ่าเชื้อโรคได้
- 4.6 สายลม สายน้ำภายในทุกขนาด เป็นผลิตภัณฑ์ MADE IN JAPAN

5. มีใบรับประกันคุณภาพ 1 ปี

6. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

7. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย
